



PEG-J sonde bij een Parkinsonpatiënt

Jeannette Vroomen



Disclosure

Disclosure belangen spreker

Geen (potentiele) belangen
verstrengeling

Voor bijeenkomst mogelijk
relevante relaties

Bedrijfsnaam: Alcura
Alcura voert het PSP uit voor
Abbvie

Sponsoring of onderzoeksgeld Nee

Honorarium of andere (financiële)
vergoedingen Nee

Aandeelhouder Nee

Andere relatie namelijk.... Nee

Ziekte van Parkinson




➔ Tremor

➔ Bradykinesie

➔ Rigiditeit

➔ Onstabiele lichaamshouding

Ziekte van Parkinson



Ongecompliceerde fase

Monotherapie

- Levodopa
- Dopamine agonist

Tussenfase

Combinatie therapie

- Levodopa
- MAO-B remmer
- COMT-remmer
- Dopamine agonist

Gevorderde fase

Monotherapie


- Duodopa

Combinatie therapie

- Apomorfine pomp
- DBS

Meest vervelende Parkinsonsymptomen

Top 10 volgens gevorderde Parkinsonpatiënten



Behandeling met Duodopa®

- ➔ Behandeling van gevorderde ziekte van Parkinson met ernstige motorische fluctuaties en hyperkinesie of dyskinesie wanneer andere beschikbare combinaties van geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson geen bevredigend resultaat geven.¹
- ➔ Geregistreerd in Nederland sinds november 2004
In Nederland worden op dit moment ruim 800 patiënten behandeld

Werking Duodopa® intestinale gel


Constance infusie van levodopa in de dunne darm

Geregelde opname

Minder variabele levodopa plasmaconcentraties


Afname van motorische fluctuaties en dyskinesiën

Instelperiode en permanente behandeling



Instelperiode


Tijdelijke naso-duodenale sonde
Klinische respons
Optimalisatie dosering



Permanente behandeling

Permanente duodenale sonde
Percutane Endoscopische Gastrostomie
(PEGJ)

PEG-J sonde



A Pomp

B Duodopa[®] cassette

C Sonde

D PEG J

PEG-J sonde 15/9 CH (AbbVie)



Opbouw connector

- ➔ Blauwe fixatieschroef 15 CH
- ➔ Y-connector 15/9 CH combinatie
- ➔ Click adapter voor jejunum sonde 9 CH (wit met groen)
- ➔ Luer-lock adapter voor jejunumsonde 9 CH (wit met groen)

Aandachtspunten PEG-J sonde

- ⇒ De PEG-J sonde mag absoluut NIET gedraaid worden
- ⇒ De spuit en het opzetstukje wekelijks vervangen
- ⇒ De insteekopening moet altijd goed droog worden gemaakt
- ⇒ Wees alert op een mogelijke ontsteking van de insteekopening (koorts, roodheid, pijn, veelvuldig pus vorming en vieze geur uit de insteekopening)

Spoelen van de sonde

- ➔ Neussonde **NIET** doorspoelen!!
- ➔ PEG-J sonde bij 16 uur toediening
 - Vóór en na het afkoppelen van de pomp
 - Binnensonde 2x daags spoelen met 20ml kraanwater
 - Buitensonde 1x daags spoelen met 20ml kraanwater
- ➔ PEG-J sonde bij 24 uur toediening
 - Vóór het toedienden van de ochtenddos
 - Binnensonde 1x daags spoelen met 20ml kraanwater
 - Buitensonde 1x daags spoelen met 20ml kraanwater

Sondevoeding bij een Duodopapomp

- ➔ Wanneer overgaan op sondevoeding?
- ➔ Verschillende mogelijkheden:
 - ➔ nachtelijke toediening
 - ➔ bolus
- ➔ Keuze sonde PEGJ 20/9 CH
- ➔ Enfit - Luerlock




PEG-J sonde formaat 20/9 CH (AbbVie)



Opbouw connector

- ➔ Paarse fixatieschroef 20 CH
- ➔ Y-connector 20/9 CH combinatie
- ➔ Click-adapter voor jejunum sonde 9 CH (wit met groen)
- ➔ Luer-lock adapter voor jejunumsonde 9 CH (wit met groen)

DuodopaCare



DuodopaCare service

- ➞ Materiaal
 - Naso-intestinale sonde
 - PEG sonde / binnensonde
 - Verbindingsstukken
 - Pompaflevering en service
 - Draagmaterialen voor de pomp
- ➞ (Pomp)training, voorlichting en advies
- ➞ Titraties
- ➞ Begeleiding en training van patiënten en naasten
- ➞ Ondersteuning mantelzorg/thuiszorg
- ➞ Behandeling-gerelateerde problemen oplossen
- ➞ Follow-up/nazorg
- ➞ Verzorgen herhaalreceptuur
- ➞ 24 uur thuiservice met telefoonnummer: 0800-3863672